

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)**

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21

E-mail: sue_polio@chumakovs.ru

<http://www.chumakovs.ru>

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/775101001

04.09.2019г. № 43

На № _____ от _____

Поставщикам, заинтересованным в
поставке производственного
оборудования

От: Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус
1, umto@chumakovs.ru, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуру закупки производственного оборудования для нужд ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – будет определен в зависимости от начальной максимальной цены.

Просим предоставить информацию о стоимости производственного оборудования.

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и стоимость каждой единицы Товара. **Рекомендуем для предоставления коммерческого предложения воспользоваться Таблицей № 1. В стоимость Товара включены все расходы Поставщика, в том числе: приобретение/изготовление Товара; доставка до производственных помещений Заказчика; погрузочно/разгрузочные работы; шефмонтаж, пусконаладочные работы, обучение сотрудников Заказчика, расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, производством, приобретением Поставщиком Товара и выполнением Работ.**

Поставка Товара включает в себя:

- Приобретение/изготовление Товара. Товар должен быть новым, ранее не использованным. - Дата изготовления не ранее 2019 года;

- Доставка Товара в адрес Заказчика (осуществляется силами и средствами Поставщика);

- Погрузочно-разгрузочные работы (осуществляются силами и средствами Поставщика);

- шефмонтаж, пусконаладочные работы;

- обучение сотрудников Заказчика;

- расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, производством, приобретением, монтажом, пусконаладочными работами, вводом в эксплуатацию Товара.

- Гарантийный срок не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания акта шефмонтажа, пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию Товара.

Таблица № 1

№	Оборудование	Количество, комплект	Стоимость, за единицу Товара с НДС (с указанием валюты)	Срок поставки (календарных дней)
1.	Генератор фармацевтического пара	1		

Основные характеристики Товара предоставлены в Приложениях №1.

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: сентябрь 2019 г.

Срок поставки каждой единицы Товара рекомендуется указать в коммерческом предложении в календарных днях. Срок поставки должен включать в себя шефмонтаж, пусконаладочные работы, обучение сотрудников Заказчика.

Порядок оплаты: Оплата осуществляется за фактически поставленный Товар в размере 100% от стоимости Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной, Акта шефмонтажа, пусконаладочных работ, обучения сотрудников Заказчика, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату, счета-фактуры, товарно-транспортной накладной.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ответы должны быть поданы с «05» сентября 2019 г. по «11» сентября 2019 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник вправе предоставить информацию, отражение которой в Технической документации или проекте договора было бы желательно.

Рекомендуем при подаче заявок ссылаться на номер запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании содержания и объема Товара просим сообщить Заказчику.

Возможна поставка Товара эквивалентного указанному, при условии полного соответствия с предложенным описанием.

Первый заместитель генерального директора
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»

Афонин А.Ю.

№	Наименование раздела	Информация
1.	Тип	Генератор фармацевтического пара
3.	Количество	1 шт.
4.	Место установки	УВ
5.	Назначение	Получение фармацевтического пара
6.	Функциональные требования	Получение фармацевтического пара должно осуществляться следующим образом. На вход в парогенератор подается вода прошедшая этап очистки на установке обратного осмоса. С выхода парогенератора пар поступает в распределительную систему к потребителям.
7.	Габаритные размеры	Ширина не более 1900 мм Длина не более 1900 мм Высота не более 4100 мм
8.	Технические характеристики	Производительность 0÷4550 (не менее) кг пара в час при регулируемом давлении пара 2-5 кг/см ²
	Особенности конструкции	Парогенератор должен быть выполнен из нержавеющей стали разрешенной к применению в Российской Федерации в системах фармацевтического производства. Выработка фармацевтического пара должна осуществляться посредством технического пара. Парогенератор должен иметь блокировку для перехода в ждущий режим в случае прекращения потребления пара. Парогенератор должен иметь на выходе кондуктометр для проверки пара на электропроводимость. На выходе иметь манометр и систему контроля производительности парогенератора (в %). • на выходе из парогенератора электропроводность, давление и производительность должны иметь записывающие устройства. Устройство записи вышеперечисленных параметров должно осуществляться на бумажном и электронных носителях.
9.	Виды энергоносителей	Технический пар давлением 5-6 бар. Трехфазная линия, 380В, 50Гц, сжатый воздух давлением 3-6 бар.
10.	Необходимые документы	Протоколы DQ/IQ/OQ Руководство оператора (на русском языке), паспорт сосудов под давлением, комплект технической документации. Сертификаты на сосуды под давлением.
11.	Дополнительные узлы и элементы (опции)	Должен иметь бустерную емкость для покрытия пиковых потреблений пара.
12.	Оборудование, приборы, принадлежности и стандартные образцы, необходимые для валидации	Контрольные приборы и датчики должны являться утвержденными типами СИ и внесены в гос. реестр СИ РФ и иметь возможность поверки в РФ

14.	Необходимость в пуско-наладочных работах специалистами поставщика	Испытания на заводе-изготовителе (FAT). Шефмонтаж и пусконаладочные работы специалистами Поставщика, имеющими сертификат на проведение данных работ от Производителя или самим Производителем.	
15.	Необходимость в валидационных работах специалистами Поставщика	Валидация специалистами Поставщика, имеющими сертификат на проведение данных работ от Производителя или самим Производителем.	
16.	Необходимость в обучении обслуживающего персонала специалистами Поставщика/Производителя	Обучение обслуживающего персонала специалистами Поставщика, имеющими сертификат на проведение данных работ от Производителя или самим Производителем.	
17.	Дополнительные требования	Парогенератор должен полностью удовлетворять всем требованиям ГОСТ Р 20790-93 и ГОСТ Р 52249-2009 в части разделов 1.2 п. III; 3.39÷3.41; 5.11.5; 5.13÷5.15; 5.31÷5.35; 5.40÷5.49	